

Anapen®/Anapen® Junior Checkliste Verschreibung



Name/Vorname

Geburtsdatum

Datum

Anapen® 300 µg: ab 30 kg Körpergewicht (mit grünem Etikett)

Anapen® Junior 150 µg: bis 30 kg Körpergewicht (mit orangem Etikett)

(1) Haben Sie die Patientin/den Patienten als Risikopatientin/-patienten oder als Patientin/Patienten diagnostiziert, die/der bereits eine anaphylaktische Reaktion erlitten hat?

JA ☐

(2) Weiß die Patientin/der Patient, wann Adrenalin verabreicht werden muss?

JA ☐

und sie/er hat den Anapen®/Anapen® Junior **bereits** verwendet

→ Weiter ab **SCHRITT 3**

JA ☐

aber sie/er hat den Anapen®/Anapen® Junior **noch nicht** verwendet

→ Weiter ab **SCHRITT 2**

NEIN ☐

→ Weiter ab **SCHRITT 1**

SCHRITT 1: Haben Sie die Patientin/den Patienten darüber aufgeklärt, wie sie/er sich nach Kontakt mit dem Allergen zu verhalten hat und wann Adrenalin verabreicht werden muss?

JA ☐

SCHRITT 2: Haben Sie den Anapen®/Anapen® Junior vorgeführt und mit dem Anapen® Trainingsgerät sowie anhand des Anapen® Anwendervideos die einzelnen Schritte für die Applikation genau erklärt?

JA ☐

SCHRITT 3: Haben Sie die Patientin/den Patienten aufgefordert, mit dem Anapen® Trainingsgerät vorzuführen, wie der Anapen®/Anapen® Junior zu handhaben ist?

JA ☐

SCHRITT 4: Erfolgte der Hinweis, dass das Anapen® Trainingsgerät getrennt vom Autoinjektor mit Wirkstoff aufbewahrt werden muss?

JA ☐

SCHRITT 5: Haben Sie der Patientin/dem Patienten ein Anapen® Trainingsgerät ausgehändigt?

JA ☐

(3) Haben Sie der Patientin/dem Patienten empfohlen, das Selbsttraining anhand des Anapen® Anwendervideos und des Patientenmerkblatts regelmäßig zu wiederholen und alle Menschen in ihrem/seinem unmittelbaren Umfeld in dieses Training einzubeziehen?

JA ☐

(4) Haben Sie der Patientin/dem Patienten empfohlen, stets 2 Anapen®/Anapen® Junior Autoinjektoren mit sich zu führen, für den Fall, dass keine Besserung von Symptomen eintritt und eine zweite Adrenalinosis erforderlich ist?

JA ☐

(5) Weiß die Patientin/der Patient, dass sie/er den Anapen®/Anapen® Junior Autoinjektor zum Ablaufdatum durch einen neuen Anapen® ersetzen muss, ggfs. bereits zu einem früheren Zeitpunkt, falls die Lösung verfärbt ist oder feste Partikel sichtbar sind?

JA ☐

(6) Weiß die Patientin/der Patient, dass es weitere Informationen unter www.anapen2.de gibt?

JA ☐

Diese Checkliste zur Anwendung von Anapen®/Anapen® Junior wurde als Teil der Zulassungsaufgaben erstellt und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigt. Im Rahmen eines Risikomanagementplans wurden über die Routinemaßnahmen hinaus zusätzliche risikominimierende Maßnahmen beauftragt, um die sichere Anwendung des Anapen®/Anapen® Junior zu fördern und das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Adrenalin-Autoinjektoren weiter zu verbessern.

Version 1.1/Stand der Information: Dezember 2017